

شرکت کیفیت کوشان پارس

تاریخ: ۹۹/۰۲/۰۹
شماره: ۱۲۸۷
پیوست: طرد

«بسم الله الرحمن الرحيم»

مدیریت محترم شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا)

با سلام:

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۲۵۶ ف پ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در خصوص نمونه ماسک ارسالی به استحضار می رساند:

بر روی نمونه فوق بررسی و آزمون انجام شد، به پیوست نتایج آزمون درخواستی (پالایش باکتری) تقدیم می گردد.

و من الله التوفيق
نسیم سمیعی

مدیر عامل



دفتر مرکزی: جاده مخصوص کرج، نرسیده به شهرک اکباتان، کوی بیمه دوم(شهید آزمون نیا)، میدان شهید سالاری، نبش مسجد ا...، پلاک ۱۰
تلفکس: ۰۲۱ ۴۴۶۹۷۱۴۶ و ۰۲۱ ۴۴۶۴۷۵۱۲-۱۳ آزمایشگاه: شهریار، مارلیک، میدان گلهای، ساختمان گاخ، طبقه دوم



گزارش آزمون

گزارش آزمون‌های انجام شده روی ماسک

شماره نامه: ۹۹/۱۲۵۶ ف پ

نام و نوع فرآورده: ماسک سه لایه بهداشتی (جراحی)

نام شرکت: شرکت دانش بنیان فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه‌های انرژی (فن پایا) تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

تاریخ نمونه برداری: ارسالی

نام تجاری فرآورده: FANPAYA

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره سری ساخت:-

تاریخ تحويل نمونه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

تاریخ تولید:-

تاریخ شروع آزمون: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

تاریخ انقضا:-

تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نام مشتری: شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه‌های انرژی (فن پایا)

اطلاعات تماس مشتری: تهران، خ وصال شیرازی، پلاک ۴۹

| استاندارد مرجع | دماي محطي | رطوبت محطي | خلاصه نتایج |
|--|--------------|---------------|--|
| INSO 6138 تجدید نظر دوم الزامات فنی تولید انواع ماسک سه لایه با شماره مدرک QM99912 | 21,5 °C | 42 % | نمونه ارسالی در بندهای آزمون شده با استاندارد مطابقت دارد. |

| کارشناس آزمون | مدیر فنی | مدیریت |
|---------------|----------------------|------------|
| سمانه حمید | مرضیه مشهدی علی اکبر | نسیم سمیعی |





فهرست

| | |
|---|---------------------|
| ۲ | هدف |
| ۲ | ثبت نتایج |
| ۲ | تصویر نمونه |
| ۳ | نتیجه آزمون ها |
| ۳ | نتیجه نهایی ارزیابی |


هدف

هدف از ارائه گزارش، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۶۱۳۸ بیان نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی های ماسک صورت می باشد.
علاوه بر استاندارد فوق، الزامات مورد نظر سازمان غذا و دارو مطابق مفاد مندرج در الزامات فنی تولید انواع ماسک سه لایه با شماره مدرک QM99912 بر روی نمونه ارسالی آزمون شده و به صورت گزارش در نتایج آزمون ارائه شده اند.

ثبت نتایج

تمام داده های به دست آمده از آزمون های انجام شده روی این نمونه ارسالی و یک نسخه از گزارش نهایی آزمون در آرشیو شرکت کیفیت کوشان پارس ذخیره می شود.

تصویر نمونه



آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس

گزارش آزمون



شماره گواهینامه تایید صلاحیت: ۱۷۰۲۵

NACI/Lab/1038

نتیجه آزمون ها

| ردیف | ویژگی/شرح آزمون | استاندارد مرجع | حد استاندارد | نتیجه آزمون | نوع نقص | جزئی |
|------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|---|------|
| | | | | | بجرانی | عمده |
| ۳ | کارائی پالایش باکتریائی (BFE) | INSO 6138 | INSO 6138 استاندارد ۱ جدول مطابق | ۹۸,۴۵ درصد | و جدول مشخصه های عملکردی الزامات فنی تولید انواع ماسک سه لایه سازمان غذا و دارو | |

نتیجه نهایی ارزیابی

نظرات و تفاسیر:

(۱) بنایه درخواست صاحب کالا، این بند از استاندارد مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

نتیجه آزمون صرفاً در خصوص نمونه ارسالی صادق می باشد

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> مطابقت دارد | <input type="checkbox"/> مغایرت دارد | نمونه فوق در تمامی بندهای آزمون شده با استاندارد ملی ایران به شماره INSO 6138 تجدید نظر دوم : |
| | | |

"این گزارش آزمون بنا به درخواست شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی (فن پایا) خادر گردیده و فاقد ارزش قانونی می باشد"

"این گزارش آزمون بدون مهر آزمایشگاه و هولوگرام فاقد اعتبار است"

"این گزارش آزمون بدون اجازه کتبی آزمایشگاه نباید تکثیر شود، مگر به طور کامل و از تمامی صفحات"

دفتر مرکزی: جاده مخصوص کرج، نرسیده به اکباتان، کوی بیمه دوم، میدان شهید سالاری، نبش مسجد ا...، پلاک ۱۰ آزمایشگاه: شهریار، مارلیک، میدان گلهای، ساختمان کاخ، طبقه دوم وب سایت www.kooshanpars.com ایمیل: info.kkp@ gmail.com تلفن: ۰۲۱-۴۴۶۹۷۱۴۶ و ۰۲۱-۴۴۶۴۷۵۱۲ و ۰۱۳

